용법용량

밀폐구조의 실내에 피멸균물을 넣고 밀폐 후에 진공펌프로서 실내를 -720mmHg까지 감압한다. 다음에 본품을 실내에 가스압력이 1kg/㎠까지 도입한다.

실내의 온도를 40℃까지 가온하고 멸균시간은 4시간을 표준으로 하나 피멸균물의 성질, 형상 또는 부착세균의 종류, 정도에 따라 본품의 사용량, 온도 및 멸균시간을 조절한다. 멸균시간 종료후 진공펌프로 실내를 -720mmHg까지 감압한 후 탄산가스를 상압까지 도입한 후 피멸균물을 꺼낸다.

이때 재기 가스의 처리의 처리는 파이프로서 배기가스를 수중에 도입하여 산화에틸렌을 흡수시켜 제거한다.