용법용량

1. 정해진 초산함유 투석액(A액) 사용시 이 제제는 38mEq/L의 HCO3-를 함유한 약 180L의 탄산수소형 혈액투석용 투석액을 만들 수 있다.

2. 초산함유 투석액(A액) 1 : (이 약 + 정제수) 34의 희석조제 비율로 탄산수소형 투석액의 공급장치를 이용하여 혈액투석을 하는 경우의 투석액으로 사용한다.

3. 환자당 1회(6시간기준)용 투석액 조제시 혼합비율은 다음과 같다.

A액 : (탄산수소나트륨 + 정제수) = 5L : (650g + 170L)

4. 일반적인 탄산수소형 혈액투석시 투석액 공급장치를 이용하여 전해질의 농도를 다음과 같이 조정하여 시행한다.

Na^{+} : 140mEq/L HCO_3^{-} : 34mEq/L